江苏图云医疗科技有限公司“年产一次性胆胰管成像导管10000根，数字成像控制器300台项目”竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等。针对本项目需要说明的具体内容和事项如下：

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

江苏图云医疗科技有限公司（以下简称“本公司”）将年产一次性胆胰管成像导管10000根，数字成像控制器300台项目（以下简称“本项目”）环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范要求，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，本项目实际投资5000万元，其中环保投资260万元，占比约5.2%。

1.2施工简况

本项目于2022年3月3日开工建设，进行设备安装，2022年10月10日工程竣工并投入试运行。根据环评等要求对各类废气进行处理：覆膜收缩工序产生的废气、锡焊工序产生的废气、理化实验室试验过程化学试剂挥发产生的废气、无菌室操作人员操作前手部消毒过程产生的废气，上述废气各自经集气罩/通风橱收集后通过1套“二级活性炭吸附棉装置”处理，通过车间通风方式排入环境中，呈无组织状态排放。

本项目建设过程中组织实施并完善了环境影响报告及其审批意见中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本项目主辅工程及环保设施于2022年10月10日建设完成，委托无锡精纬计量检验检测有限公司于2023.06.13~2023.06.14进行验收监测，根据验收监测结果以及相关资料，本公司于2023年7月编制完成《年产一次性胆胰管成像导管10000根，数字成像控制器300台项目竣工环境保护验收监测报告》（评审稿），2023年8月23日在本公司内组织有关单位及专家召开了本项目竣工环境保护验收会议，并形成验收意见，结论如下：

1、对照江苏图云医疗科技有限公司《年产一次性胆胰管成像导管10000根，数字成像控制器300台项目》验收监测资料和环评报告表及审批意见，项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施、主要设备及原辅材料等均未发生重大变化。

2、项目涉及的废水、废气、噪声和固体废物污染防治设施基本执行了环保“三同时”制

度，落实了污染防治措施；根据现场踏勘情况，结合验收监测资料，项目满足环评文件及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

3、完善验收监测报告相关内容，执行信息公开制度后，可将环保竣工自主验收资料通过生态环境部网站备案公示。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目在设计、施工和验收期间未收到公众反馈意见或投诉情况。

2、其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

本公司已建立环保组织机构和环保规章制度。对组织机构、人员组成及职责分工作出了详细、具体的规定。

(2) 环境风险防范措施

本公司已建立环境风险防控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任人和责任部门；车间设置灭火器等消防器材。

(3) 环境监测计划

江苏图云医疗科技有限公司根据环评报告及相关要求定期委托有资质单位进行监测。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量和淘汰落后产能。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目不涉及大气环境防护距离。

本项目以生产厂房边界设置50米卫生防护距离，目前该卫生防护距离内无居民、医院等环境敏感目标。

本项目不涉及居民搬迁。

(3) 其他措施落实情况

本项目不涉及如林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3、整改工作情况

本项目在建设过程、竣工后、验收监测期间、提出验收意见后各环节均符合要求，无需进行整改。